



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2997/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

V Příloze č. 2 zadávací dokumentaci Technická specifikace zadavatel požaduje

Multiparametrický modul

- *Modul musí umožnit monitoraci SpO2 s možností monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo....*

Účastník předkládá mezinárodní studii **Noninvasive Carbon Monoxide Detection – Insufficient Evidence for Broad Clinical Use**

<https://rc.rcjournal.com/content/58/2/376>

Dle přiložené studie je zjevná vysoká nepřesnost měření a výsledky, které nelze klinicky uplatnit při léčbě pacienta.

Žádáme zadavatele, aby zvážil vynaložení finančních prostředků na měření těchto parametrů, které mají nízkou vypovídací hodnotu v klinické praxi vzhledem k vysokým nákladům na každé samotné měření těchto parametrů.

Budete akceptovat nabídku bez měření parametrů SpHb a SpCO?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel trvá na svém požadavku technického řešení a požaduje možnost monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo. Zadavatel vychází ze znalostí v oblasti monitorovací techniky a domnívá se, že dodavatel je schopen splnit požadované kritérium. Zadavatel disponuje několika nezávislými klinickými studiemi.

V Ústí nad Labem dne: 20. 10. 2022

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel