

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s. – opakovaná výzva“
Ev. č. VZ 518469

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s. – opakovaná výzva“ obdržel dne 20.08.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 5 - Peroperační ultrasonograf včetně dopplerometrie.


Dotaz č.1:

V technické specifikaci, odstavce ARCHIVACE požadujete výstup obrazových dat (smyčky, „freeze“) na interní SSD disk minimálně 120 GB. Akceptovali byste rovněž vybavení ultrazvuku i externím SSD minimálně 120 GB vedle standardního interního 320 GB?

Odpověď č.1:

Nabízené řešení zadavatel akceptovat nebude. Zadavatel požaduje jako interní disk typu SSD z důvodu rychlého čtení a ukládání dat, ať už se jedná o uložené snímky nebo o start přístroje. Tento parametr je zde zřejmý kvůli použití UZ přístroje jako peroperační.

Ústí nad Labem, dne 25.08.2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.