



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Destičkový fotometr pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

• Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3061/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje nabídnout přístroj s měřením kinetiky, nikde ale již nespecifikuje, jestli požaduje systém s teplotní inkubací. Pro měření enzymových kinetik je systém teplotní inkubace vzorku nepostradatelný. Žádáme proto o upřesnění, zda toto zadavatel požaduje jako součást nabídky nebo ne.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel požaduje systém s teplotní inkubací.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje dodat systém s 5 optickými filtry, ale specifikuje jen 4 požadované vlnové délky. Žádáme tedy o doplnění vlnové délky 5 filtru, případně o potvrzení, že má systém být vybaven pouze 4 filtry.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje systém se 4 filtry - viz odpověď na dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.10.2022.

Dotaz č. 3

Zadavatel neuvádí celkový rozsah čtení přístroje. Většinou výrobci umožňují čtení v rozsahu 400-999nm případně 340-999nm. Prosíme tedy o vyjádření, jaký rozsah čtení má nabídnutý přístroj mít.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje rozsah čtení přístroje v rozsahu alespoň 400 - 999 nm.

Dotaz č. 4



Ze zadávací dokumentace jednoznačně neplyne, zda požadujete dodat v rámci plnění celkem 1 počítač a tiskárnu nebo ke každému přístroji samostatný počítač a tiskárnu. Žádáme tedy o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel požaduje dodat požadované veškeré příslušenství (tj. i počítač a tiskárnu) ke každému přístroji.

V Ústí nad Labem dne: 01-11-2022

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel