



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2997/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:

V Příloze č. 2 Zadávací dokumentace Technická specifikace zadavatel požaduje v popisu multiparametrického modulu

- „Modul musí umožnit monitoraci SpO2 s možností monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo...“

Dále v odpovědi na dotaz ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel opět

- „požaduje možnost monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo.“

Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, které spočívá v měření parametru SpCO externím modulem/zařízením s tím, že měřené hodnoty lze dle požadavků ZD přenést do KIS.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel bude akceptovat i výše uvedené technické řešení (tj. měření SpCO i externím zařízením).

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne: **09-11-2022**

02 
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel