



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - „Průtokoměry“ - Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk II.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3108/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č.2 Technická specifikace splnění parametru: „Nastavení průtoku je možno sledovat na **manometru**, který udává průtok l/h“.

Účastník by rád nabídnul zadavateli průtokoměry tzv. rotametry, kdy je nastavení průtoku možno sledovat na kalibrovaném trubicovém průtokoměru-rotametu v rozsahu O2 0-15 L/min, nikoli ale na manometru. Jedná se o alternativní řešení pro sledování nastaveného průtoku, které nijak negativně neovlivní medicínský účel poptávaných průtokoměrů, uživatelsky ani klinicky.

Bude zadavatel akceptovat nabídku průtokoměrů, kde nastavení průtoku je možno sledovat na kalibrovaném trubicovém průtokoměru-rotametu v rozsahu O2 0-15 L/min, nikoli ale na manometru?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel akceptuje i navržené technické řešení účastníka.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

11-11-2022

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel