



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Destičkový fotometr pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3061/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 3 v dotazu č. 1 uvedl, že požaduje systém s teplotní inkubací. V požadavcích původní zadávací dokumentace tento parametr požadován nebyl. S ohledem na to, že u požadovaného přístroje se nejedná o přístroj na inkubaci vzorků, ale na měření, je požadavek na vyhřívání tedy nepodložený. Pro zpřístupnění zakázky více uchazečům, což je hlavní princip fair-play veřejných zakázek, si zadavatel tímto omezil okruh možných uchazečů. Žádáme zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel se vyjádřil nepřesně v odpovědi ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 na dotaz č. 1. Zadavatel umožňuje dodání přístroje i s teplotní inkubací vzorků (je-li neoddělitelnou součástí a bránilo by to potenciálnímu dodavateli v podání nabídky). Zadavatel však netrvá na tom, aby byla součástí nabídky i teplotní inkubace vzorku.

V Ústí nad Labem dne: 11 - 11 - 2022

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel


Lenka Lacinová