



Evidenční číslo veřejné zakázky: 7-13/KZ

Název veřejné zakázky: Dodávka patientských monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Počet listů veřejné zakázky: 9

Počet příloh veřejné zakázky: 4

Výzva k podání nabídky

v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“), Vás

vyzýváme

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Dodávka patientských monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.,

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

ve věcech soutěže: Zbyněk Tichý
tel. 477 117 957
e-mail: zbynek.tichy@kzcr.eu

3. Předmět plnění

3.1 Vymezení plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka patientských monitorů pro níže uvedená oddělení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a JIP dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona, a to v následující struktuře:

Část 1

Transportní patientské monitory (2 ks) pro sledování vitálních funkcí pacienta pro oddělení



emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem níže uvedených technických parametrů

Část 2

Pacientské monitory (4 ks) pro sledování vitálních funkcí pacienta pro oddělení ortopedie
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Část 3

Pacientský monitor (1 ks) pro sledování vitálních funkcí pacienta pro oddělení psychiatrie – detox
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Část 4

Pacientský monitor (1 ks) pro sledování vitálních funkcí pacienta na JIP dětského oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Část 5

Transportní pacientský monitor (1 ks) pro sledování vitálních funkcí pacienta pro oddělení
emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem níže uvedených technických parametrů

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některou část veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč v nabídce stanovil, na jakou část nebo části veřejné zakázky nabídku podává.

Pokud uchazeč podá nabídku na všechny části veřejné zakázky, níže uvedené požadavky zadavatele uvede pro každou jednotlivou část zakázky samostatně a až poté souhrnně za zakázku jako celek.

3.2 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění činí souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů 900.000 Kč bez DPH.

3.3 Specifikace předmětu plnění

Část 1 - Pacientské monitory pro oddělení emergency

Technická specifikace:

- 2 ks monitorů vitálních funkcí
- barevný displej s úhlopříčkou min. 10"
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.
- měření NIBP
- měření 1x IBP
- možnost transportního provozu min. 2 hodin na baterii či baterie
- měření kapnometrie metodou sidestream
- měření SpO2
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně
- pracovní prostředí v českém jazyce
- jednoduché intuitivní ovládání
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu



- součástí dodávky musí být příslušenství pro možnou monitoraci výše v specifikovaných parametřích

Část 2 – Pacientské monitory pro oddělení ortopedie

Technická specifikace:

- 4 ks monitorů vitálních funkcí
- barevný displej s úhlopříčkou min. 10"
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.
- měření NIBP
- měření 1x IBP
- možnost transportního provozu min. 2 hodin na baterii či baterie
- měření 1x teploty
- měření SpO2
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně
- pracovní prostředí v českém jazyce
- jednoduché intuitivní ovládání
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu
- součástí dodávky musí být příslušenství pro možnou monitoraci výše v specifikovaných parametřích

Část 3 – Pacientské monitory pro oddělení psychiatrie – detox

Technická specifikace:

- 1 ks monitorů vitálních funkcí
- barevný displej s úhlopříčkou min. 10"
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.
- měření NIBP
- měření SpO2
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně
- pracovní prostředí v českém jazyce
- jednoduché intuitivní ovládání
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu
- součástí dodávky musí být příslušenství pro možnou monitoraci výše v specifikovaných parametřích

Část 4 – Pacientské monitory pro dětské oddělení v nemocnici Děčín

Technické parametry:

- 1 ks monitorů vitálních funkcí
- barevný displej s úhlopříčkou min. 10"
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.
- měření NIBP



- měření SpO₂
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně
- pracovní prostředí v českém jazyce
- jednoduché intuitivní ovládání
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu
- součástí dodávky musí být příslušenství pro možnou monitoraci výše vypsycifikovaných parametrů (EKG, NIBP – 2x dětská, 2x dospělá manžeta, SpO₂ – 2x dětské, 2x dospělé čidlo)

Část 5 – Transportní patientský monitor pro oddělení Emergency

Technická specifikace:

- 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí
- barevný displej s úhlopříčkou min. 8“
- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.
- měření NIBP
- měření IBP
- možnost transportního provozu min. 2 hodin na baterii či baterie
- měření kapnometrie metodou sidestream
- měření SpO₂
- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně
- pracovní prostředí v českém jazyce
- jednoduché intuitivní ovládání
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu
- součástí dodávky musí být příslušenství pro možnou monitoraci výše vypsycifikovaných parametrů

Použití firemních názvů či termínů specifických pro konkrétního výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů a nástrojů, lze nabídnout obdobné řešení, které má podobné vlastnosti a splňuje požadovaný medicínský účel.

Zvláštní požadavky:

Požadujeme v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky **dobání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností**, tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti

Další požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky
- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instrukcí dalších pracovníků zadavatele. Požadujeme proškolení pověřených pracovníků odboru biomedicínského inženýrství na úrovni provádění BTK včetně vystavení



certifikátu o proškolení. Termín školení bude upřesněn po dohodě s vedoucím odboru biomedicínského inženýrství, nejpozději však do konce záruční doby.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event. které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.
- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.
- Dodavatel je povinen předmět koupě nainstalovat a provést zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pracovníka OBI a pověřeného pracovníka zdravot. pracoviště je dodavatel povinen proškolit v rozsahu odpovídajícím požadavkům na následná periodická školení zdrav. personálu a vystavit příslušné oprávnění.

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu a realizovat dodávku v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou výše uvedená oddělení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a JIP dětského oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

5 Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25 -04- 2013** v 10.00 hod.

5.2 Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči výhradně v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>



6 Kvalifikace uchazečů

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v tomto rozsahu.

- 6.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm. a) až k), a to čestným prohlášením originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4).
- 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to výpisem z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 6.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

Uchazeč je oprávněn předložit veškeré dokumenty v prostých kopiích.

7 Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 7.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 7.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním části nebo celého rozsahu veřejné zakázky
- 7.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

8 Požadavek na předložení návrhu smlouvy

Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy, který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word)

Následující náležitosti je povinen uchazeč zapracovat do návrhu smlouvy.

- a) Smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny).
- b) Předmět plnění
- c) Podpisy na jedné listině.

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č.2)

9 Platební podmínky

Následující platební podmínky je povinen uchazeč zapracovat do návrhu smlouvy, který je součástí nabídky.

- a) Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena do 60 dnů od doručení zadavateli na základě řádného předávacího protokolu.
- b) Účetní doklady typu faktur popř. účtenek musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



- c) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- d) Výše smluvní pokuty pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera může činit 0,01 % za každý den prodlení a výše úroku z prodlení s nedodržením splatnosti faktury ze strany zadavatele může činit maximálně **0,005%** za každý den prodlení. Návrh kupní smlouvy nesmí obsahovat žádná další sankční ustanovení nad rámec těch, které jsou uvedeny v tomto odstavci.

10 Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/> Kontaktní osoba zpřístupní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na uvedené adrese.

11 Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 11.1 Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce.
- 11.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - 11.2.1 Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele, nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).
 - 11.2.2 Návrh smlouvy dle bodu 8 této Výzvy k podání nabídky.
 - 11.2.3 Cenová nabídka dle bodu 7 této Výzvy k podání
 - 11.2.4 Specifikace technických parametrů a funkčních vlastností nabízených přístrojů pro jednotlivé části zakázky
 - 11.2.5 Garantovaný termín dodání ve dnech od podpisu kupní smlouvy pro jednotlivé části zakázky
 - 11.2.6 Vyplněný formulář k poskytování servisních služeb v pozáruční době (příloha č. 4)

12 Další podmínky veřejné zakázky

- 12.1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 12.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 12.3 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 12.4 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou.



12.5 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávacího řízení pouze v souladu s ust. § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel o zrušení zadávacího řízení informuje všechny oslovené dodavatele.

13 Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bude provádět zadavatel samostatně za část 1, část 2, část 3, část 4 a část 5.

Díličí hodnotící kritéria pro každou jednotlivou část veřejné zakázky včetně uvedení jejich vah jsou následující:

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha v %
1	Celková výše nabídkové ceny	55
2	Potřebné technické parametry	20
3	Funkční vlastnosti	20
4	Doba realizace zakázky ve dnech od podpisu kupní smlouvy	5

V případě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky provede hodnotící komise hodnocení nabídek včetně stanovení jejich pořadí dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich procentuální výše vah.


Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například životnost, doba záruky, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. *Pro číselně vyjádřitelná kritéria*, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. *Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně*, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je roven 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.



14 Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 3	Čestné prohlášení
Příloha č. 4	Formulář k poskytování servisních služeb v pozáruční době

V Ústí nad Labem, dne 15 -04- 2013

19  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Eduard Reichelt
ředitel