



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Destičkový fotometr pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3061/2022**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

#### **Dotaz č. 1**

Ve vysvětlení ZD č. 3 k Dotazu č. 1 jste odpověděli, že požadujete systém s teplotní inkubací, což není uvedeno v Technických parametrech ZD a běžně dodávané fotometry tento parametr nesplňují a k měření kinetiky není potřeba. Dotaz zní, zda lze nabídnout přístroj bez teplotní inkubace, tak jak bylo původně uvedeno v ZD.

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Viz odpověď na dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

#### **Dotaz č. 2**

Dále v odpovědi na Dotaz č. 3 jste uvedli, že požadujete rozsah 400 - 999 nm, přičemž vámi požadované filtry jsou v rozmezí 405 - 630 nm.

Námi dodávaný fotometr má rozsah 340 – 900 nm. Budete akceptovat i tento rozsah, který je vzhledem k požadovaným filtrům zcela postačující?

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel bude akceptovat i nabízený rozsah vlnových délek.

V Ústí nad Labem dne: **18 -11- 2022**

02

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

**MUDr. Petr Malý, MBA**  
generální ředitel