

Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2991/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Vážení,

žádáme o vysvětlení ZD. V technické specifikaci (příloha č. 3)

na straně 1

Součástí dodávky je také komplexní software pro jednotné řízení analytických systémů a správu dat a umožňující řízení a optimalizaci procesů laboratorního vyšetření blíže specifikovaný v části „Požadavky na řídicí a podpůrný software“.

Dotaz č.1

Požaduje zadavatel, s ohledem na ochranu osobních údajů a zdravotnické dokumentace, aby veškerá data byla uložena u zadavatele nebo připouští i uložení dat v externích úložištích např. na cloudu?

na straně 2

Adekvátní výkonnost doloží uchazeč analýzou vytíženosti analyzátorů na základě poskytnutých dat za jeden vzorový měsíc uvedených v příloze č. 6 (Vzorový měsíční přehled požadavků na vyšetření). Tato analýza bude součástí nabídky a musí z ní být zřejmá výkonová rezerva pro zpracování vzorků v době maximální zátěže (nejvyšší počet přijatých vzorků v časovém intervalu jedné hodiny) s dobou odezvy maximálně 45 minut (pro 95% požadavků; čas od vložení vzorků do analyzátoru do vydání výsledků analyzátořem) resp. 60 minut pro plně automatické linky (pro 95% požadavků; čas od vložení nezcentrifugovaných vzorků do vstupního modulu do vydání výsledků analyzátořem) a kapacitní rezerva (celkový počet metod na palubě).

Odpověď č. 1

Zadavatel vyžaduje, aby veškerá data a procesy byly obslouženy lokálně, tedy tzv. On Premise řešení. Zadavatel tak činí s ohledem na zajištění business continuity firmy, kdy počítá s možností provozu v tzv. ostrovním režimu.

Dotaz č. 2

Dotaz č.2

Bude zadavatel posuzovat dobu odezvy u biochemických a imunochemických metod zvlášť?
Kratší doba odezvy u biochemických metod může pro zadavatele znamenat neúměrně vysokou dobu odezvy u některých imunochemických metod, u kterých samotná doba inkubace překračuje 45 min. (např. u statimového HBsAg nebo mnoha metod ID a hormonů) či statimového IL-6 (více jak 35 min.)?

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel bude posuzovat dobu odezvy u biochemických a imunochemických metod zvlášť.

Dotaz č. 3

V rámci veřejné zakázky s názvem: „**Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.**“, žadatel zdvojnásobí žádá o poskytnutí následujících informací potřebných pro přípravu nabídky:

1. Zadavatel uvádí, že součástí nabídky je i úhrada nákladů spojených s reakreditací laboratoří dle ISO 15189, která se týká mimořádného dozorového auditu při změně technologie. Může Zadavatel specifikovat, jaká je maximální výše předpokládaných nákladů za celou dobu plnění, a co všechno zahrnují a v jaké frekvenci?

Odpověď č. 3

Náklady zahrnují mimořádnou dozorovou návštěvu v případě instalace nových analyzátorů, jedná se o jednorázový náklad tedy pouze jedenkrát a to do maximální výše 500 000 Kč.

Dotaz č. 4

2. Může Zadavatel upřesnit, zda je možné použít řešení v podobě virtuálního serveru pro middleware dodavatele na HW serveru nemocnice?

Odpověď č. 4

Jak je uvedeno v technické specifikaci, je možné využít provozované centrální řešení virtualizace KZ, ale pouze v uvedeném rozsahu.

Dotaz č. 5

3. Požaduje Zadavatel tzv. multisite řešení s jedním hlavním řídicím serverem nebo je způsob řešení na dodavateli, tedy je možné použít řídicí server lokálně v každé laboratoři?

**Odpověď č. 5**

Tak jak je uvedeno v technické specifikaci, není možné umisťovat žádné servery lokálně do laboratoří a dodavatel má povinnost využít serverovou infrastrukturu KZ, která je provozována ve dvou fyzicky oddělených instancích v lokalitě Ústí nad Labem.

Dotaz č. 6

4. Pro propojení jednotlivých laboratoří je nutná určitá rychlost a odezva síťového řešení. Jakou rychlost a odezvu sítě je Zadavatel schopen garantovat?

Odpověď č. 6

Vše je uvedeno v technické specifikaci. Zadavatel provozuje svou optickou síť v rámci regionu s jedním Datovým centrem ve dvou fyzicky oddělených lokalitách, kde poskytuje výpočetní výkon a úložný prostor centrálně pro všechny provozované aplikace včetně například centrálního PACS, kamerového systému a další aplikace. Zadavatel má vytvořeny i záložní trasy.

Dotaz č. 7

5. Zadavatel v obligatorním návrhu smlouvy v odst. 14.5 definuje, že "Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nijak nároku na náhradu škody." Pro účely kvalifikovaného zohlednění potenciálních rizik v cenové nabídce žádáme, zda může Zadavatel demonstrativně specifikovat předpokládanou výši náhrady škody pro situace penalizované smluvní pokutou.

Odpověď č. 7

Níže požadované je závislé na situaci a okolnostech vzniku škody. Nelze tedy taxativně vymezit případy možné škody a exaktně je kvantifikovat.

Ve vazbě na ujednání odstavců 3.9 a 3.10 by škodou byl ušlý zisk výnos, kdy v důsledku neprovedených výkonů (bez možnosti jejich dodatečného provedení) nebude možné tyto vykázat plátcí (zejména ZP). V takovém případě by pak škodou byla zejména „ušlá úhrada“ po odpočtu variabilních nákladů na vyšetření.

Dotaz č. 8

V rámci veřejné zakázky s názvem: „**Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.**“, žadatel zdvořile žádá o poskytnutí následujících informací potřebných pro přípravu nabídky:

1. Zadavatel v hodnoceném fakultativním parametru 1d uvádí následující: "On-line volitelné metody na hlavním analyzátoru (2 body za každou laboratoř)". Rozumí Dodavatel uvedenému kritériu správně tak, že On-line volitelnými metodami se rozumí Fakultativní metody (metody, které mají status "F" v Příloze č. 8), a body budou přiděleny pouze tomu Dodavateli, jež nabízí všechny tyto metody v rámci hlavního analyzátoru pro danou laboratoř, která tyto Fakultativní metody požaduje v této veřejné zakázce (tedy: Most, Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice)?

Odpověď č. 8

Ano, dodavatel uvedenému kritériu rozumí správně.

Dotaz č. 9

2. V části 8 Zadávací dokumentace, bod 9. Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložení Technologického projektu umístění analyzátorů a harmonogram instalace do prostorů Zadavatele. Domníváme se, že k přípravě Technologického projektu a harmonogramu potřebuje vybraný dodavatel spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami (např. s dodavatelem úpravny vody, IT oddělením Zadavatele, aj.). Bude Zadavatel akceptovat dodání tohoto Technologického projektu a harmonogramu až před podpisem smlouvy od vybraného dodavatele?

Odpověď č. 9

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání tohoto Technologického projektu a harmonogramu až před podpisem smlouvy od vybraného dodavatele.

Dotaz č. 10

3. Zadavatel v Příloze č. 7: Podklad pro výpočet nejvýhodnější nabídky Zadávací dokumentace uvádí jako hodnotící kritérium „Plně automatizovaná analytická linka včetně centrifugace a aliquotru, zpracování po jednom vzorku během celého procesu (aktivní upřednostňování jednotlivých urgentních vzorků), detekce objemu vzorku a kontrola správnosti centrifugace pro HUB laboratoře (pro každou lab. 7 bodů při splnění obojího).“ Rozumí Dodavatel správně, že zpracování po jednom vzorku během celého procesu se netýká centrifugace, kde by kromě jiného centrifugace jednotlivých vzorků vedla k výraznému prodloužení TAT?

**Odpověď č. 10**

Ano, dodavatel rozumí správně, že zpracování po jednom vzorku během celého procesu se netýká centrifugace, kde by kromě jiného centrifugace jednotlivých vzorků vedla k výraznému prodloužení TAT.

Dotaz č. 11

Vážení,

žádáme o vysvětlení ZD. V technické specifikaci (příloha č. 3)

Strana 8

Požadavky na komplexní software

- otevřený komplexní software pro jednotné řízení analytických systémů a správu dat a umožňující řízení a optimalizaci procesů v jednotlivých laboratořích laboratorního vyšetření s následujícími funkcemi:
- **propojení všech dodaných analyzátorů v rámci této VZ**

Dotaz č. 3

V rámci analyzátorů každé laboratoře nebo analyzátorů všech laboratoří ?

Odpověď č. 11

Ano, jedná se o propojení analyzátorů v jedné laboratoři a propojení všech laboratoří na IT platformě.

Dotaz č. 12

Dotaz c. 4

V zadávací dokumentaci je požadavek na vypůjčení ... dodávek a instalací klimatizací a úpraven vody ...

Bude možné zachovat některé plně funkční klimatizační jednotky, které jsou nyní v laboratořích instalovány, pokud budou splňovat parametry pro správnou funkci instalovaných přístrojů ?

Podobné se týká rovněž úpraven vody.

Odpověď č. 12

Ano, pokud budou splňovat parametry pro správnou funkci instalovaných přístrojů (tj. technické požadavky).

Dotaz č. 13

V příloze č. 2 obligatorní návrh smlouvy

v oddíle 3.12.

Poskytovatel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy likvidovat odpady v souladu s právními předpisy, a pokud je možná jejich recyklace, tak zajistit jejich recyklaci.

Dotaz č. 5

Jaké odpady má zadavatel na mysli?

Odpověď č. 13

Jedná se o odpady z analytického systému tedy infekční a neinfekční spotřební materiál.

Dotaz č. 14**Dotaz**

„Zadavatel v Příloze č. 3 („Technická specifikace“) k zadávací dokumentaci uvádí v části Technické požadavky na biochemické a imunochemické analytické systémy, písm. B. („CV, TP, DC, LT („Spoke“ laboratoře)“) odst. 3 „Připouští se dodávka jednoho dalšího nezávislého analyzátoru k pokrytí kompletního spektra fakultativních imunochemických metod“ a dále uvádí obdobné ustanovení v písm. A. („UL, MO („Hub“ laboratoře)“) odst. 2 „Připouští se dodávka jednoho dalšího nezávislého analyzátoru k pokrytí kompletního spektra fakultativních imunochemických metod.“

Vzhledem k tomu, že potenciální dodavatel není v rámci zadávací dokumentace omezen počtem poddodavatelů v souvislosti s obligatorními metodami, Společnost se domnívá, že omezení počtu poddodavatelů v rámci fakultativních metod může mít negativní vliv na okruh možných účastníků, kteří by mohli být diskriminováni takovým omezením. Je přitom nerozhodné a z praktického pohledu pro zadavatele bez významu, kolik poddodavatelů dodavatel pro svou nabídku využije, neboť smluvním partnerem Zadavatele je vždy jen jeden vítěz veřejné zakázky.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme, zda Zadavatel může zvážit úpravu výše citovaných ustanovení Přílohy č. 3 tak, aby nebyla diskriminační tím, že požadavek zcela vypustí nebo zvýší počet poddodavatelů alespoň na dva.

Odpověď č. 14

V návaznosti na výše uvedené zadavatel **UPRAVUJE** v Příloze č. 3 Technická specifikace - zadávací dokumentace v části Technické požadavky na biochemické a imunochemické analytické systémy, písm. B. („CV, TP, DC, LT („Spoke“ laboratoře)“) odst. 3 „Připouští se dodávka **DVOU DALŠÍCH NEZÁVISLÝCH ANALYZÁTORŮ** k pokrytí kompletního spektra fakultativních imunochemických metod“ a současně upravuje ustanovení v písm. A. („UL, MO („Hub“ laboratoře)“) odst. 2 „Připouští se dodávka **DVOU DALŠÍCH NEZÁVISLÝCH ANALYZÁTORŮ** k pokrytí kompletního spektra fakultativních imunochemických metod.“

Dotaz č. 15

Věc: Žádost o vysvětlení ZD III.

VZ „Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Vážení,

žádáme o vysvětlení ZD.

1. Požadavky na provedení a kvalitu ICT: Požadavky na ICT kvalitu.
Co je z tohoto dokumentu relevantní pro laboratoře? (Příloha číslo 9).

Odpověď č. 15


Jedná se o standard pro všechny dodávky. Předpokládáme, že např. PACS není pro laboratoře potřebný a nebude využit. V případě že použit bude, je povinnost splnit standard. Tedy například přihlašování, je užito, musí být splněny standard pomocí účtu Active directory. Shodně je to v případě všech oblastí.

Dotaz č. 16

Věc: Žádost o vysvětlení ZD III.

VZ „Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

2. Může zadavatel potvrdit, zda je v laboratoři Nemocnice Most, o.z. možné odbourání všech výčnělků u oken zasahujících do předpokládaného místa plnění (viz příložený půdorys)?



Odpověď č. 16

V laboratoři Nemocnice Most o.z. **NENÍ** možné odbourání všech výčnělků u oken zasahujících do předpokládaného místa plnění (viz. výš přiložený podoris).

Zadavatel je toho názoru, že dispozice místa plnění jsou natolik dostatečné, že odstraněním „výčnělků“ nedojde k získání většího prostoru.

Odstraněním tohoto stavebního prvku by vedle nezbytných stavebních úprav (s tím spojených problémů) došlo také k narušení celistvosti prostoru biochemické laboratoře (topení, elektroinstalace, parapety atd.).

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II. o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 30 -11- 2022

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel