



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3106/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace požaduje splnění parametru: **tichý chod do 40 dB, bez vibrací.**

Účastník by rád nabídl odsávačky bez vibrací, jejichž hlučnost nepřesahuje 62 dB při splnění všech ostatních požadovaných parametrů.

Na základě mnohaletých praktických a klinických zkušeností má uchazeč za to, že se jedná o nevýznamnou technickou odchylku, která nemá negativní vliv na komfort obsluhujícího personálu, ani na medicínský účel odsávacího zařízení. Odsávačky s touto bezpečnou a tolerantní mírou hlučnosti jsou běžně používány na JIP, ARO, operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích i KZ a.s. a po celé ČR v mnoha desítkách kusů. Rádi bychom v této souvislosti zmínili, že při předběžných tržních konzultacích byl tento parametr konzultován jako „tichý chod 62 dB, bez vibrací“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kde hlučnost nabízených odsávaček nepřesahuje hodnotu max. 62 dB?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat hlučnost odsávaček s max. hodnotou 62 dB.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace požaduje splnění parametru: **tichý chod do 40 dB, bez vibrací**
Účastník by rád nabídl transportní odsávačky bez vibrací, jejichž hlučnost nepřesahuje 62 dB při splnění všech ostatních požadovaných parametrů.

Na základě mnohaletých praktických a klinických zkušeností má uchazeč za to, že se jedná o nevýznamnou technickou odchylku, která nemá negativní vliv na komfort obsluhujícího personálu, ani na medicínský účel odsávacího zařízení. Odsávačky s touto bezpečnou a tolerantní mírou hlučnosti jsou běžně používány na JIP, ARO, operačních sálech a dalších zdravotnických pracovištích i KZ a.s. a po celé ČR v mnoha desítkách kusů. Rádi bychom v této souvislosti zmínili, že při předběžných tržních konzultacích byl tento parametr konzultován jako „tichý chod“, bez uvedené hodnoty.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kde hlučnost nabízených odsávaček nepřesahuje hodnotu max. 62 dB?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat hlučnost transportních odsávaček s max. hodnotou 62 dB.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace požaduje splnění parametru: **vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí.**

Účastník by rád nabídl transportní odsávačky jejichž vícestupňová ochrana proti přesátí je tvořena takto:

- a) Integrovaným mechanismem jednorázového sacího vaku pro zajištění neprůchodnosti tekutin do odsávačky při naplnění sacího vaku tzv. primární ochrana proti přesátí
- b) Externím mechanismem v podobě hydrofobního filtru, který je instalovaný před vstupem do odsávačky a v případě selhání primární ochrany proti přesátí, zajistí neprůchodnost tekutin do odsávačky, tzv. sekundární ochrana proti přesátí.

Na základě mnohaletých praktických a klinických zkušeností má uchazeč za to, že se jedná o nevýznamnou technickou odchylku od požadavku zadavatele na samostatnou bezpečnostní nádobku proti přesátí, která nemá negativní vliv na medicínský účel odsávacího zařízení a výše popsané nabízené alternativní řešení vícestupňové ochrany proti přesátí splňuje všechny požadavky pro bezpečné odsávání.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, která splní požadavek na vícestupňovou ochranu proti přesátí alternativním řešením bez použití samostatné bezpečnostní nádoby proti přesátí?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nabízenou variantu neakceptuje a požaduje vícestupňovou ochranu proti přesátí pomocí bezpečnostní nádoby proti přesátí.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace požaduje splnění parametru: **hmotnost odsávačky max. 2 kg**

Účastník by rád nabídl transportní odsávačky jejichž hmotnost je 2,5 kg. Rádi bychom v této souvislosti zmínili, že při předběžných tržních konzultacích nebyl tento parametr konzultován a na základě toho bychom chtěli zadavatele požádat o možnost nabídnout odsávačku s hmotností o 0,5 kg vyšší. Jedná se o nevýznamnou odchylku od stanovené hmotnosti, která nemá negativní vliv na medicínský, ani uživatelský účel použití.

Bude zadavatele akceptovat nabídku účastníka s odsávačkami s hmotností 2,5 kg?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat hmotnost odsávačky do max. 2,5 kg.



V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 06 -12- 2022

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

kz

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel