

Technická specifikace pro část 1 _ Sprchovací lůžka_elektrická_MNUL, pracoviště Rumburk, o.z.

Sprchovací lůžka

Popis:

Pořízení 6 ks sprchovacích lůžek pro pracoviště Rumburk. Slouží k jednoduššímu mytí pacientů s omezenou funkcí pohybu. Jedná se o obnovu stávajícího zdravotnického vybavení.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Maximální vnější šíře lůžka 78 cm.
- Nosnost lůžka minimálně 200 kg.
- Polohování lůžka elektricky.
- Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm.
- Možnost dokoupení náhradní baterie.
- Sklopné postranice.
- Náklon pro odpuštění přebytečné vody, sklon minimálně 5° (aby voda nezůstala pod ležícím pacientem).
- Nášlapné brzdy koleček.
- Omyvatelná PVC matrace, kterou lze dle nutnosti z konstrukce lůžka vyjmout a následně na to bezpečně vložit zpět (čištění a dezinfekce).
- Zátka – možnost použití jako mělká vana, bez stálého odtoku.
- Držák sprchové hlavice na obou stranách lůžka.
- Délka odtokové hadice minimálně 1,5 m.
- Odtoková hadice vhodná pro napojení do odpadu o průměru 30 mm.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

