

Technická specifikace pro část 1 _ Sprchovací lůžka_elektrická_Nemocnice Most, o.z.**Sprchovací lůžko**

Sprchovací lůžko je určeno pro hygienu imobilních pacientů na Oddělení následné a dlouhodobé intenzivní a ošetrovatelské péče, Nemocnice Most, Krajské zdravotní, a. s.

Lůžko musí mít minimálně dvoudílnou polohovatelnou ložnou plochu kvůli možnosti nastavení rozdílných poloh dle potřeby pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

Obecné požadavky:

- 2 ks elektricky polohovatelného sprchovacího lůžka, které umožňuje polohování pomocí minimálně dvou dílů ložné plochy

Minimální technické požadavky:

- Sprchovací lůžko s elektrickým pohonem (na baterii s možností nabíjení)
- Rozměry ložné plochy minimálně 180x58 cm
- Celkové rozměry lůžka maximálně 215x100 cm
- Minimálně dvoudílná ložní plocha (trup, nohy)
- Konstrukce odolná vůči dezinfekci a korozi
- Pojezdová kolečka, s možností zabrždění, směrovou aretací, minimální průměr 12,5 cm
- Elektrické polohování lůžka a zádové části ložné plochy
- Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm
- Ovládání výšky lůžka pomocí nožního ovladače
- Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chránící pacienta proti pádu odolné vůči dezinfekci a korozi
- Vana lůžka musí být z minimálně dvoudílné ložní plochy (dle počtu dílů konstrukce ložní plochy) s podélnými odtokovými drážkami
- Polstrování lůžka odolné vůči dezinfekci
- Nosnost lůžka minimálně 180 kg

Požadované příslušenství k 1 ks sprchovacího lůžka:

- Podhlavník **1 ks**
- Náhradní baterie **1 ks**
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

