

Technická specifikace pro část 2 _ Sprchovací lůžko_hydraulická_Nemocnice Most, o.z.**Sprchovací lůžko**

Sprchovací lůžko je určeno pro hygienu imobilních pacientů na JIP, Nemocnice Most, Krajské zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 2 ks hydraulicky polohovatelného sprchovacího lůžka

Minimální technické požadavky:

- Sprchovací lůžko s hydraulickým pohonem
- Rozměry ložné plochy minimálně 180x58 cm
- Celkové rozměry lůžka maximálně 215x100 cm
- Jednodílná ložná plocha
- Konstrukce odolná vůči dezinfekci a korozi
- Pojezdová kolečka, s možností zabrždění, směrovou aretací, minimální průměr 12,5 cm
- Hydraulické polohování
- Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm
- Ovládání výšky lůžka pomocí nožního ovladače
- Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chránící pacienta proti pádu odolné vůči dezinfekci a korozi
- Vana lůžka s podélnými odtokovými drážkami a odtokem s připojením hadice
- Polstrování lůžka odolné vůči dezinfekci
- Nosnost lůžka minimálně 180 kg

Požadované příslušenství:

- Podhlavník **1 ks**
- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

