

Příloha č. 2a Technická specifikace, část 1\_inkubátor\_Nemocnice Most, o.z.

# Laboratorní inkubátor

## Popis:

Laboratorní inkubátor pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

## Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ..... Laboratorní inkubátor

## Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laboratorní inkubátor s nucenou ventilací (s ventilátorem)
- Chlazený
- Dvojitě dveře
- Minimální využitelný objem 745 l
- Minimální vnitřní rozměry 1040 x 1200 x 600 mm (š x v x h)
- Nerezový vnitřní prostor
- Počet polic minimálně 4
- Teplotní rozsah minimálně 20 – 45°C s přesností nastavení 0,1°C
- Zvukový a vizuální alarm proti přehřátí
- Osvědčení zdravotnického prostředku

