

Příloha č. 2b Technická specifikace, část 1_inkubátor_MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk

Laboratorní inkubátor

Popis:

Pořízení 1 ks laboratorního inkubátoru pro pracoviště Rumburk. Slouží pro ohřev/udržení zadané teploty a jejímu rovnoměrnému rozložení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Laboratorní inkubátor pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:**Laboratorní inkubátor**

- Celkový objem 100 – 160 l;
- Chlazený inkubátor;
- Minimální počet polic: 3;
- Teplotní rozsah minimálně +20°C až + 70°C;
- Napájení: 230V/ 50 Hz;
- Nastavení času 0 – 31 dnů, přesnost 1minuta;
- Možnost týdenního programování;
- Ventilátor - nucená cirkulace vzduchu s možností regulace;
- Regulace teploty po 0,1°C;
- Rovnoměrné rozložení teploty – nastaveného teplotního výkonu;
- Vestavěné hodiny;
- Alarm otevřených dveří;
- Alarm ztráty napětí;
- Alarm selhání teplotního čidla;
- Grafický LCD displej – dotykový;
- Nerezový interiér;
- Rozhraní: Ethernet a USB;
- ID funkce, která zabrání neautorizované manipulaci s nastavením;
- Automatický systém pro sledování a ukládání teploty;
- Osvědčení zdravotnického prostředku.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců