

Příloha č. 2c Technická specifikace_část 1_termostat_MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk

Laboratorní termostat

Popis:

Pořízení 1 ks laboratorního termostatu pro pracoviště Rumburk. Slouží pro udržování zadané teploty a jejímu rovnoměrnému rozložení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ksLaboratorní termostat pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:**Laboratorní termostat**

- Chlazený laboratorní termostat;
- Skříňový laboratorní termostat s LED displejem;
- Celkový objem 150 – 200 l;
- Teplotní rozsah minimálně +4 °C až +25 °C po 0,1°C;
- Ventilátor;
- Alarm při selhání čidel, změny teploty, otevřených dveří;
- Napájení 230 V/ 50 Hz;
- Osvědčení zdravotnického prostředku.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

