



Název veřejné zakázky: **RE REACT-EU 98 - Anesteziologický přístroj do MR prostředí včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3101/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V příloze č. 2 ZD „Technická specifikace“ požaduje zadavatel dodávku přístroje s parametrem „Průtokoměry O₂, N₂O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a elektronickým vypínáním“.

Dodavatelem nabízený přístroj tento požadavek zadavatele splňuje, avšak namísto elektronického vypínání disponuje vypínáním mechanickým, které je dle jeho názoru z hlediska jeho použití v prostředí MR bezpečnější.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje s průtokoměry O₂, N₂O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a mechanickým vypínáním, aby nebylo možno požadavek zadavatele považovat za diskriminační?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na svém požadavku „Průtokoměry O₂, N₂O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a elektronickým vypínáním“.

Dotaz č. 2

V čl. VI. bodu 2 přílohy č. 4 ZD „Obligatoční návrh kupní smlouvy“ je uvedena specifikace „Pozáručního servisu na dobu 96 měsíců“. Zároveň je v čl. VI. bodu 3 téhož dokumentu uvedeno, že úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.

V příloze č. 6 ZD „Rozklad nabídkové ceny“ je zadavatelem požadováno doplnění nabídkové ceny dodavatele mj. k položce „Pozáruční servis na dobu 96 měsíců“, přičemž je zde uvedena i bližší specifikace této položky, a to stejným způsobem jako v čl. VI. bodu 2 přílohy č. 4 ZD „Obligatoční návrh kupní smlouvy“. Požadavek na zapracování nákladů prodávajícího /dodavatele/ souvisejících s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do



místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů, však v příloze č. 6 ZD „Rozklad nabídkové ceny“ uvedeny nejsou.

Může zadavatel upřesnit, zda součástí cenové nabídky dodavatele v příloze č. 6 ZD „Rozklad nabídkové ceny“ mají být i náklady prodávajícího /dodavatele/ související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů?

Odpověď na dotaz č. 2


Zadavatel tímto upřesňuje, že úplata za pozáruční servis zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.

Zadavatel aktualizuje Přílohu č. 6 – Rozklad nabídkové ceny.

V Ústí nad Labem dne:

20-12-2022

02


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel