



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Most, o.z., a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk II. - část 2: Laboratorní CO2 inkubátor**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3213/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Ve VZ část 2: Laboratorní CO2 inkubátor 1 ks požadujete Osvědčení zdravotnického prostředku. Vzhledem k tomu, že CO2 inkubátory jsou přístroje bez kontaktu s pacientem, žádáme o vypuštění tohoto požadavku.

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje laboratorní CO2 inkubátor i bez Osvědčení zdravotnického prostředku.

Dotaz č. 2:

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce v následujícím bodě: Ve veřejné zakázce Krajské zdravotní, a.s., část 2 – Laboratorní CO2 inkubátor je požadavek na Osvědčení o zdravotnickém prostředku. Laboratorní inkubátor/termostat nemusí ze své podstaty být zdravotnickým prostředkem. Splnění požadovaných vlastností inkubátoru je zajištěno provedením instalační kvalifikace (validace). Dotaz č.1: Je možné od požadavku na Osvědčení zdravotnického prostředku upustit?

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje laboratorní CO2 inkubátor i bez Osvědčení zdravotnického prostředku.

Dotaz č. 3:

Ve veřejné zakázce Krajské zdravotní, a.s., část 2 – Laboratorní CO2 inkubátor je požadavek na inkubátor s nucenou ventilací. Kromě nucené ventilace je možné zajistit homogenní prostředí vyhovující požadavkům zadavatele i zařízením odpovídající konstrukce s přirozenou cirkulací



vzduchu. Dotaz č.2: Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující technické požadavky na homogenitu prostředí s přirozenou cirkulací vzduchu?


Odpověď č. 3:

Zadavatel neakceptuje zařízení splňující technické požadavky na homogenitu prostředí s přirozenou cirkulací vzduchu. Zadavatel trvá na znění v technické specifikaci.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

12 0 -12- 2022


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti