

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“ Část 12: ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje u videootoskopu integrované přehřívání.

Dotaz:

1) Akceptuje tedy zadavatel při splnění všech ostatních parametrů dodání videootoskopu bez integrovaného přehřívání?

Odpověď č. 1


Zadavatel bude akceptovat nabídku bez integrovaného přehřívání videootoskopu.

V souvislosti s upřesněním zadávacích podmínek, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 12: ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii

do **04 -11- 2015** v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **04 -11- 2015** v 10:10 hod.

V Ústí nad Labem dne: **10 -09- 2015**



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel