

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“ Část 14: Spirometr

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje u části 14 Spirometr NTB s OS WIN 7 Professional. Vzhledem k tomu, že tento OS je již zastaralý, je možné podat nabídku s WIN 8 ?

Odpověď č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro „VZ Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - Část 14 – Spirometr“ uvádí požadavky jako minimální. Uchazeč tedy může nabídnout novější operační systém. Zadavatel bude tedy akceptovat nabídku s OS Windows 8.1 Pro a novější.

V Ústí nad Labem dne: 14 -09- 2015



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel