

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s. – opakovaná výzva“**

Ev. č. VZ 518469

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s. – opakovaná výzva“ obdržel dne 8.9.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 14 – Infuzní pumpa k dětskému resuscitačnímu lůžku.

### Dotaz:

- 1) V Zadávací dokumentaci resp Technické specifikaci pro část č. 14 – Infuzní pumpy Zadavatel požaduje, aby přístroje splňovali požadavek interní paměti na seznam min. 450 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky. Bude Zadavatel akceptovat přístroj, který má kapacitu celkem 240 léků? Z klinické praxe a uživatelů našich přístrojů víme, že tento parametr je zcela dostačující.

### Odpověď:

Nedopatřením došlo k chybě v psaní. Zadavatel požaduje interní paměť přístroje na seznam min. 150 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky.

Ústí nad Labem, dne 14.9.2015

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.