

Mobilní vyšetřovací světla

Popis:

Pořízení 2 ks mobilních vyšetřovacích světel pro pracoviště Rumburk.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks Mobilní vyšetřovací světlo pro ambulance Gynekologie pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mobilní vyšetřovací světlo

- LED technologie
- Svítivost min 80 000 lux/1m
- Kontinuální ovládání intenzity
- Sterilní i nesterilní ovládací prvky pro polohování svítidla
- Hodnota indexu Ra min. 95
- Teplota podání barev 4500K
- Hloubka osvitu min. 2,4m
- Stabilní pojízdný stojan s brzditelnými kolečky a držákem zdrojového kabelu
- Horizontální rameno délky min. 95 cm s nastavitelným rozsahem min. 95°
- Rotace svítidla 360°
- Výklop svítidla 280°
- Výška stojanu min. 160cm
- Zdrojový kabel délky min 3m
- Minimální životnost 50.000 h

Součást dodávky:

- 5 ks sterilizovatelných rukojetí pro každé svítidlo

Další a zvláštní požadavky

- Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců
- Veškeré povrchy nabízených přístrojů a zařízení včetně příslušenství musí být možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.