



Název veřejné zakázky: **Bifázický defibrilátor pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3104/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci splnění parametru: „zobrazení 4 kanálů na displeji“

Účastník by rád nabídnul defibrilátor s barevným displejem s velikostí 7", kterou zadavatel požaduje jako minimální možnou. Na takovém displeji je ale možné zobrazit max. 3 kanály s individuální volbou nastavení, vždy dle aktuální klinické potřeby (EKG/Resp/SpO2/CO2).

Na základě praktických a klinických zkušeností má účastník za to, že při aktuální konfiguraci poptávaného defibrilátoru jsou 3 kanály na displeji klinicky dostačující k zobrazení křivek parametrů EKG, SpO2 a CO2. Tato odchylka od původního požadavku zadavatele na 4 kanály na displeji nemá žádný negativní vliv na medicínský ani jiný účel pořizovaného defibrilátoru.

Dotaz účastníka:

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s defibrilátorem, který má zobrazení 3 kanálů na displeji?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel si trvá na své technické specifikaci a požaduje defibrilátor se zobrazením 4 kanálů - EKG, SpO2, ETCO2 a TK.

Dotaz č. 2:

V technických parametrech výběrového řízení je požadováno "Výboj s bifázickým průběhem vlny s nastavitelnou energií 1–360 J".

Nabízíme úplně nový defibrilátor, který má "přesnost podané energie 1-200 J". Defibrilátor díky patentované technologii pulsního bifázického defibrilačního impulsu a automatickému přizpůsobování impedance garantuje stejný efekt defibrilace při nižší hodnotě výboje, což snižuje riziko poškození myokardu.

Bude zadavatel akceptovat tento defibrilátor?



Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i účastníkem navrhované zařízení, za předpokladu splnění všech dalších parametrů požadovaných zadavatelem.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 03 -01- 2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
.....

MUDr. Petr Malý, MBA
DIČ: CZ 25488627
Generální ředitel