



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – MNÚL, o.z., Nemocnici Most, o.z., a MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk II. - část 1: Laboratorní inkubátor a laboratorní termostat**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3212/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:


Pro část 1 u pol. Laboratorní termostat (Rumburk) požadujete rozsah teplot +4 až +25 °C. Bude zadavatel akceptovat rozsah +8°C až + 40°C?

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje u laboratorního termostatu i rozsah teplot +8°C až + 40°C.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 4 -01- 2023


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti