



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Sprchovací lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Most, o.z. - část 1: Sprchovací lůžka elektrická**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3206/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Část 1 – Technická specifikace Příloha č. 2a – Sprchovací lůžka_elektrická_MNUL, pracoviště Rumburk, o.z.

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 k technickému požadavku - Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm:
Je možné zadavateli nabídnout nastavitelnou výšku v rozmezí 60,5-95,5 cm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou výšku v rozmezí 60,5 – 95,5 cm.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k technickému požadavku - Náklon pro odpuštění přebytečné vody, sklon minimálně 5° (aby voda nezůstala pod ležícím pacientem):
Je možné zadavateli nabídnout lůžko se sklonem 2° dostatečným pro odpuštění přebytečné vody, aby nezůstala pod ležícím pacientem?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i lůžko se sklonem 2° dostatečným pro odpuštění přebytečné vody, aby nezůstala pod ležícím pacientem.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 k technickému požadavku - Odtoková hadice vhodná pro napojení do odpadu o průměru 30 mm:
Je možné zadavateli nabídnout lůžko s průměrem konce odtokové hadice 46 mm?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i lůžko s průměrem konce odtokové hadice 46 mm **pouze tehdy**, pokud dodavatel bude schopen dodat koncovku „spojku“ k odtokové hadici o průměru 46 mm a odpadu o průměru 30 mm, pokud dodavatel není schopný tento mezikus dodat, nebude zadavatel akceptovat nabízené lůžko.

Část 1 – Technická specifikace Příloha č. 2b – Sprchovací lůžka_elektrická_Nemocnice Most, o.z.**Dotaz č. 1:**

Dotaz č. 1 k technickému požadavku - Nastavitelná výška v rozmezí minimálně 59-85 cm:
Je možné zadavateli nabídnout nastavitelnou výšku v rozmezí 60,5-95,5 cm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i nastavitelnou výšku v rozmezí 60,5 – 95,5 cm.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k technickému požadavku - Ovládání výšky lůžka pomocí nožního ovladače:
Je možné zadavateli nabídnout ovládání výšky lůžka pomocí s celkem třemi, dobře dostupnými, integrovanými ručními ovládacími panely?
Dva panely jsou dostupné v postranicích na obou stranách lůžka a jeden v hlavovém čele lůžka.

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i účastníkem nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3 k technickému požadavku - Vana lůžka musí být z minimálně dvoudílné ložní plochy (dle počtu dílů konstrukce ložní plochy) s podélnými odtokovými drážkami:
Je možné nabídnout jednodílnou vanu lůžka s podélnými odtokovými drážkami?
Jednodílná vana lůžka nemá žádný vliv na elektrické polohování dvoudílné ložné plochy a je zajištěna plná požadovaná funkčnost sprchovacího lůžka.

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i řešení jednodílné vany, která se plně přizpůsobuje polohování, má odtokové drážky a boční strana vany se v ohybu ložných ploch přizpůsobuje polohování a nepřekáží pacientovi ani personálu.



Zadavatel tímto prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 04-01-2023

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti