



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Sprchovací lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Most, o.z. - část 1: Sprchovací lůžka elektrická**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3206/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotazy k části 1: Sprchovací lůžka elektrická Nemocnice Most, 2 ks

Dotaz č. 1:

El. polohování lůžka a zádové části ložné plochy

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat el. zdvih, el. funkce TR/ANTR a polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice?

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje elektrický zdvih a elektrické funkce TR/ANTR, avšak neakceptuje polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice.

Dotaz č. 2:

Ovládání pomocí nožního ovladače

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat ruční el. ovladač?

Odpověď č. 2:

Zadavatel neakceptuje ruční elektrický ovladač z důvodu nepraktické manipulace při hygieně pacienta. Zadavatel trvá na znění v technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

Parametr

- 2ks elektricky polohovatelného sprchovacího lůžka, které umožňuje polohování pomocí minimálně dvou dílů ložné plochy
- Minimálně dvoudílná ložní plocha (trup, nohy)
- Elektrické polohování lůžka a zádové části ložné plochy

- Vana lůžka musí být z minimálně dvoudílné ložní plochy (dle počtu dílů konstrukce ložní plochy) s podélnými odtokovými drážkami

Může uchazeč zadavateli nabídnout jednodílnou ložnou plochu sprchovacího lehátka při splnění všech ostatních parametrů?

Zadavatel by tak připuštěním tohoto dotazu získal 8ks stejných sprchovacích lehátek, zjednodušení servisu, náhradních dílů a BTK.

Odpověď č. 3:

Zadavatel tento parametr neakceptuje. Sprchovací lůžka jsou pro oddělení následné intenzivní péče, kde potřebuje zdravotnický personál minimálně dvě části ložné plochy kvůli polohování pacientů.

Dotaz č. 4:

Parametr - Celkové rozměry lůžka maximálně 215 x 100cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout sprchovací lehátko s vnějšími rozměry 210 x 103cm?

Odpověď č. 4:

Zadavatel akceptuje i sprchovací lehátko s vnějšími rozměry 210 x 103 cm.

Dotaz k části 1: Sprchovací lůžka elektrická pracoviště Rumburk, 6 ks

Dotaz č. 5:

Parametr - Maximální vnější šíře lůžka 78cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout sprchovací lehátko s vnějšími rozměry 210 x 103cm?

Odpověď č. 5:

Zadavatel neakceptuje sprchovací lůžko s vnějšími rozměry 210 x 103 cm z důvodu, že většina zárubní dveří na pracovišti Rumburk je 90 cm.

Zadavatel tímto prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 04-01-2023

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti