

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center
Krajské zdravotní, a.s. – 2. opakovaná výzva“**

Ev. č. VZ 521783

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s. – 2.opakovaná výzva“ obdržel dne 14.9.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 2.

Dotaz:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace - TS pro část VZ č. 2 – zadavatel uvádí zboží s následující specifikací:

Název	Specifikace	délka shaftu	šíře čelisti	footplate	otevřen í čelisti	počet
Citelli kleště	pro krční páteř	140 mm (5 1/2 ")	2x12 mm			2
Citelli kleště	pro lumbální páteř	185 mm (7 1/4 ")	6x16 mm			1
Citelli kleště	pro lumbální páteř	185 mm (7 1/4 ")	3x12 mm			1

Zmíněné rozměry nejsou standardními u většiny firem obchodujících s těmito kleštěmi. Proto bychom se rádi zeptali, zda bude zadavatel akceptovat i jiné rozměry kleští Citelli, nebo zda v technické specifikaci nedošlo k překlepu. Prosíme tedy o vyjádření, jaké parametry u Citelli kleští bude zadavatel akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel se omlouvá, došlo k administrativní chybě u druhé položky, kde byla uvedena špatná velikost u Citelli kleští pro lumbální páteř (délka shaftu). Správné parametry kleští pro lumbální páteř jsou:

Název	Specifikace	délka shaftu	šíře čelisti	footplate	otevření čelisti	počet
Citelli kleště	pro lumbální páteř	160 mm (6 1/4 ")	6x16 mm			1

Ostatní specifikace jsou v pořádku.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na povahu dodatečných informací, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově stanovená lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Ústí nad Labem, dne 18-09-2015

v zastoupení

MUDr. Jiří Mrázek

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Václav Štyvar