

Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“ Část 11: Biochemický analyzátor

Dotaz č. 1:

Je zadavateli znám počet typů biochemických analyzátorů na trhu, splňujících beze zbytku všechny body minimálních technických požadavků této zadávací dokumentace?

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě žádosti o dodatečnou informaci důsledně posoudil technickou specifikaci zadávací dokumentace a v zájmu rozšíření okruhu uchazečů rozhodl o změnách technické specifikace v těchto bodech:

1. nebude požadovat „**archiv pro min. 400 patientských výsledků**“
2. pozměnit požadavek „software v českém jazyce“ za „**software v českém nebo anglickém jazyce**“.

V souvislosti s upřesněním zadávacích podmínek, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro Část 11: Biochemický analyzátor

do **18 -11- 2015** v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **18 -11- 2015** v 10:10 hod.

V Ústí nad Labem dne: **21 -09- 2015**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/127
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel