



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Vyhřívání lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3115/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

po prostudování podkladů k zadávacímu řízení máme následující dotazy:

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace v části **LED fototerapie**

- Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně $35 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření (intenzita záření musí být ověřitelná nezávislým měřicím přístrojem)
- Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

Může uchazeč nabídnout alternativu - v horním zářiči plně integrovanou (nejedná se o oddělitelný přenosný modul) LED fototerapii s vyšší intenzitou a to $45 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 80 cm od zdroje záření a životností světelného zdroje 10 000 provozních hodin, při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i účastníkem nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **06-01-2023**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel