



Název veřejné zakázky: **Zákroková světla pro porodnici**

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3231/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Dobrý den,
rádi bychom požádali o upřesnění technické specifikace.

Zadavatel požaduje: Rozměr korpusu hlavy svítidla může mít průměr maximálně 43,5 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla

Bude zadavatel akceptovat průměr korpusu svítidla 44,4 cm?

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel bude akceptovat průměr korpusu svítidla 44,4 cm.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 12 -01- 2023

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel