



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – MNÚL, o.z., Nemocnici Most, o.z., a MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk II. - část 1: Laboratorní inkubátor a laboratorní termostat**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: VZMR  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3212/2022**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Rádi bychom se zúčastnili této veřejné zakázky, avšak máme několik poznámek k návrhu kupní smlouvy. Níže zasíláme poznámky, příp. návrh na úpravu.

### **Dotaz č. 1:**

Článek V,  
odst. 9 - Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny (za předpokladu dostupnosti náhradních dílů v ČR).

### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel na základě obdrženého dotazu upravil znění čl. V. odst. 9 následovně:

*„Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 5 kalendářních dnů. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.“*

Nové znění obligatorního návrhu smlouvy je přílohou tohoto Vysvětlení a je zveřejněno na profilu zadavatele.

### **Dotaz č. 2:**

Článek V,  
Odst. 10 - Vzhledem k charakteru nabízeného zboží nelze do 48 hodin zapůjčit náhradní přístroj.

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel na základě obdrženého dotazu upravil znění čl. V. odst. 10 následovně:

*„Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9. tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.“*

Nové znění obligatorního návrhu smlouvy je přílohou tohoto Vysvětlení a je zveřejněno na profilu zadavatele.

**Dotaz č. 3:**

Článek VI,  
odst. 3 - Domníváme se, že stanovení ceny za servisní zásahy předem není výhodné. Nelze odhadovat, jak se přístroj bude po dobu 10 let chovat – stav přístroje je odvislý na několika faktorech, od četnosti používání po obsluhu. Standardně se uzavírá samostatná servisní smlouva, nebo je zde uvedeno, že budou servisní zásahy vyúčtovány dle aktuálního ceníku v daném roce.

**Odpověď č. 3:**

V odstavci 2. tohoto článku je uveden rozsah požadovaného pozáručního servisu, ze kterého vyplývá, že se nejedná o „full“ pozáruční servis. Jedná se tedy o omezený rozsah pozáručního servisu, a vzhledem na jeho povahu se zadavatel neztotožňuje s tvrzením dodavatele.

**Dotaz č. 4:**

Článek VI,  
Odst. 4 - Prodávající je zde v nevýhodě. Nemá možnost výpovědi.

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel trvá na znění čl. VI. odst. 4 obligatorního návrhu smlouvy.

**Dotaz č. 5:**

Článek VII - Jedná se o velký nepoměr smluvní pokuty kupující vs. prodávající.

**Odpověď č. 5:**

Smluvní pokuta za pozdní opravu přístroje nebo nedodání náhradního přístroje na dobu prodloužení s opravou je nastavena tak, aby zadavateli pokryla případný výpadek v poskytování zdravotních služeb způsobených porušením povinnosti dodavatele. Zadavatel trvá na znění čl. VII. obligatorního návrhu smlouvy.



Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 27 -01- 2023



.....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel společnosti