

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Vyhřívání lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3115/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace v části **LED fototerapie**

- Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm), požadovaná plocha se nesmí zmenšit při řešení s bočním postavením fototerapie

Požadované lze docílit pouze u vyhřívacích lůžek s přídavným modulem fototerapie, který není pevně integrován do horního zářiče vyhřívacího lůžka.

Technické řešení lůžek s fototerapií, výrobcem integrovanou do horního zářiče, nedovoluje docílit uváděné vzdálenosti ozařování 50 cm. U těchto lůžek je vzdálenost ozařování fototerapií pevně dána konstrukcí lůžka a obvykle se pohybuje na +/- 80cm.

Může tak uchazeč nabídnout alternativu - lůžko s fototerapií, výrobcem integrovanou do horního zářiče s celkově větší výslednou ozařovanou plochou a to o rozměrech ozařované plochy 50 x 30 cm při vzdálenosti 80 cm (danou konstrukcí lůžka)?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i účastníkem nabízené řešení za předpokladu, že je fototerapie součástí vyhřevného lůžka.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

30-01-2023

DIČ: CZ25488627
IČ: 25488627
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel