

Konzultace k překladovému místu prádla Nemocnice Děčín

Vzhledem k tomu, že to opravdu není kompletní PD, těžko se vyjadřuji – níže shrnutí, co by **minimálně** mělo v PD být.

Z hlediska hygieny práce a protiepidemického odd. s tím, že PD není kompletní:

V PD musí být popis a účel využití všech prostor a přesný popis činnosti a způsobu zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení, počet zaměstnanců a délka prac doby, všechny předložené výkresy nemají legendu – kompletní popis názvu prostor – není tedy jasné, co je prostor 112, 120, 117, 118, 119 (s kompletní legendou je jen výkres stávajícího stavu)

Není jasné, jak bude probíhat samotná manipulace a zacházení s prádlem/špinavé čisté, zásadně bez možného křížení!!! Do místnosti 115 kudy?? Vyhl. 306/2012 Sb. příloha č. 5

Dále:

Z PD musí být jasný způsob **větrání všech prostor**– zda přirozené nebo nucené, v jakém objemu, pokud přirozené, zda jsou okna otevíratelná bezpečným způsobem z podlahy

Musí být z PD jasný způsob **vytápění a deklarováno dosažení požadovaných teplot**, jak na pracovištích, tak na sanitárním zařízení

Chybí **výpočet denního a umělého osvětlení** – prostory bez denního světla nejsou určené pro trvalý výkon práce- např. prostor pod označením 106 v novém uspořádání

Není uveden **počet zaměstnanců** (muži, ženy), ale je-li do počtu 5 osob – mohou mít společné sanitární zařízení, počet je nutný i s ohledem na zhodnocení velikosti šaten (každý dvou skříňku a umístění sedacího nábytku).

Pokud by šatny sloužily i jako **denní místnost a ke konzumaci jídla** musí být zajištěna tekoucí pitná a teplá voda a zajištěno vybavení umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla.

Dle ČSN 734108 (Hygienická zařízení a šatny) mají být dveře sanitárního zařízení min 700-800 mm, ve výkresech 600 mm – ale zřejmě je to stávající stav prostor u kterého se nebude měnit způsob využití.

Hodnocení kompletní PD je prováděno tak, aby bylo prokázáno splnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

Připomínám, že, mimo jiné, se bude muset vypracovat a schvalovat provozní řád a ten musí splňovat vyhlášku 306/2012 Sb.

V Děčíně 26. 08. 2022

PhDr. Hana PLACHÁ, odborný rada
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín