



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Mobilní vyšetřovací světla včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3230/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V příloze č. 2 – Technická specifikace zadavatel požaduje

Dotaz č. 1:

- Kontinuální ovládání intenzity

Dotaz 1: bude zadavatel akceptovat ovládání intenzity v pěti krocích 50 – 100 %?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i ovládání intenzity v pěti krocích 50 – 100%.

Dotaz č. 2:

- Hloubka osvětlení min. 2,4 m

Z daného parametru není patrné při kolika procentech míry zastínění tuto hloubku osvětlení zadavatel požaduje.

Dotaz 2 : Bude zadavatel akceptovat hloubku osvětlení při 20 % 1680 mm ?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i hloubku osvětlení při 20 % 1680 mm.

Dotaz č. 3:

- Horizontální rameno délky min. 95 cm s nastavitelným rozsahem min. 95°

Dotaz 3 : Bude zadavatel akceptovat délku ramene do středu svítidla 91 cm s nastavitelným rozsahem cca 80 °?


Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i délku ramene do středu svítidla 91 cm s nastavitelným rozsahem +/- 80°.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 06-02-2023

13  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

1.2. 
prim. MUDr. Jiří Laštůvka

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti