

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 - 12

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98 – Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s.,
Masarykova nemocnice v ústí nad Labem, o.z. — pracoviště
Rumburk**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: francova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost č. 2 (k části 1 VZ – Nerezové vozíky)**Položka 12 – Vozík na převoz materiálu**

Ve standardním provedení nabízíme vozíky tohoto typu v provedení CHROM. V požadavcích uvádíte konstrukci NEREZ ocel AISI304 – budete akceptovat provedení CHROM?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 (k části 1 VZ – Nerezové vozíky)

Ano, zadavatel bude akceptovat i provedení chrom.

Žádost č. 3 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)**Položka 3 – Vozík na prádlo skříňový**

Bude akceptovatelný vozík se 120l držákem vaku s podpěrou?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Ano, zadavatel bude akceptovat i variantu 120l.

Žádost č. 4 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Položka 3 – Vozík na prádlo skříňový

Hrazda nad vozíkem na košík 60 x 10 cm, nesmí přesahovat obrys vozíku – co tím máte prosím na mysli touto specifikací? Vozík ve vrchní části má 2 plastové vyjímatelné koše o rozměrech: 33 x 23 cm.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 4 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Dle zadávací dokumentace zadavatel požaduje vrchní desku rovnou a nad ní zavěšen na hrazdě košík na drobné úklidové prostředky. Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Žádost č. 5 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Položka 5 – Vozík zásuvkový

Na fotografii je vyobrazena třístranná ohrádka na vrchním platu, ale v popisu není uvedena. Budete chtít na vozíku nerezovou třístrannou ohrádku?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Ne, uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Třístranná ohrádka není požadována.

Žádost č. 6 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Položka 5 – Vozík zásuvkový

U tohoto typu zdravotnického vozíku doporučujeme plechové zásuvky z důvodu vnitřního prostoru zásuvek. Do zásuvky modulové koše neumožňují větší vnitřní prostor.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 6 (k části 2 VZ – Skříně, skříňové a speciální vozíky)

Zadavatel bude akceptovat i provedení s plnými zásuvkami.

Žádost č. 7 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 6 – Nerez skřín**

Ve specifikaci uvádíte bezpečnostní prosklení – můžeme nabídnout výplň plexisklo?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 7 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Ano, zadavatel bude akceptovat i výplň z plexiskla.

Žádost č. 8 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 6 – Nerez skřín**

Ve specifikaci máte 4 x uzamykatelné dveře, to myslíte na počet dvou skříní?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 8 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Ne, skřín má spodní dvoje plné dveře a horní dvoje prosklené dveře. Tedy každá skřín má 4x dveře, horní prosklené/ s plexisklem.

Žádost č. 9 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 9 – Resuscitační vozík**

Na fotografii je vyobrazen držák rukavic, který není v popisu – budete chtít držák rukavic?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 9 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Ano, zadavatel požaduje i držák rukavic na min. 100 ks.

Žádost č. 10 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 11 – Skřín – prosklené dveře**

V popisu uvádíte dvoustěnné prachotěsné dveře – mi můžeme nabídnout korpus skříní v jednostěnném, prachotěsném provedení – ocel s práškovou barvou a antimikrobiálním povrchem.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 10 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Žádost č. 11 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 11 – Skříň – prosklené dveře**

Vyjímatelné koše uvádíte o rozměrech 60 x 40 x 10cm a 60 x 40 x 20cm – nabízíme koše v rozměrech 52 x 32 x 10cm a 52 x 32 x 20 cm

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 11 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Ne, zadavatel trvá na univerzálním rozměru ISO košů uvedeném v technické specifikaci. Zadavatel v rámci průzkumu trhu obdržel nabídky, které tyto koše obsahovaly.

Žádost č. 12 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)**Položka 12 – Skříň – plné dveře**

Opět v popisu uvádíte dvoustěnné prachotěsné dveře – mi můžeme nabídnout korpus skříní v jedностěnném, prachotěsném provedení – ocel s práškovou barvou a antimikrobiálním povrchem.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 12 (k části 2 VZ – Skříně, skřínové a speciální vozíky)

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 17. 3. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

