

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1-5

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98, 99 – Elektrokoagulace – Most, Rumburk, Ústí**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení

K části 3 „Argon plazma koagulace pro gastroenterologické oddělení - Rumburk“

Zadavatel požaduje mezi bipolárními módy také řez.

Domníváme se, že bipolární nástroje nemají v gastroenterologii uplatnění a běžně se nevyužívají.

Námi nabízený přístroj je konfigurovaný přímo v gastroenterologické výbavě a i přesto neumožňuje bipolární řez.

Bude zadavatel akceptovat cenově adekvátní nabízené řešení bez tohoto režimu?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení bez tohoto režimu.

Žádost o vysvětlení

K části 3 „Argon plazma koagulace pro gastroenterologické oddělení - Rumburk“

Zadavatel požaduje ovládání přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje.

Vzhledem k faktu, že ovládání nemá vliv na podstatu medicínského využití přístroje, bude zadavatel akceptovat přístroj s ovládáním pomocí dotykových tlačítek a zobrazením na monochromatickém displeji?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na stanoveném požadavku.

Žádost o vysvětlení

K části 3 „Argon plazma koagulace pro gastroenterologické oddělení - Rumburk“

Zadavatel požaduje text a popisky v českém jazyce.

Námi nabízený přístroj zobrazuje názvy módů, které jsou standardní v gastroenterologii a mezinárodně přijímané a prakticky se nepřekládají. Ovládání jednotky je dále možné prostřednictvím jednoduchých symbolů.

Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3

Nabízené řešení vyhovuje požadavkům. Překlad mezinárodního názvosloví módů a ovládacích symbolů není požadován.

Žádost o vysvětlení

K části 3 „Argon plazma koagulace pro gastroenterologické oddělení - Rumburk“

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci neobvykle vysoko očekávanou hodnotu zakázky.

Od této hodnoty se odvíjí i neobvykle vysoká hodnota referenčních zakázek.

Bude zadavatel na těchto hodnotách trvat?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu. Zadavatel na stanoveném trvá.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5

Ke všem částem VZ.

Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta na podání nabídek je stanovena do:

12.5.2023, do 12:00 hodin.

V Praze dne 3. 4. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

