

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2-4

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98 – Operační světla – Most, Rumburk**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: info@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení

K části 1 „Zámkové operační světlo Most“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Teplota chromatičnosti CCT v intervalu 3700 až 4500°K, minimálně ve třech krocích“.

Námi nabízené zámkové operační světlo disponuje nastavitelnou teplotou chromatičnosti v intervalu 3 800° až 4 800°K ve třech krocích. Toto technické řešení poskytuje větší rozsah nastavitelné teploty chromatičnosti a plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené technické řešení?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Ano, zadavatel akceptuje uvedené technické řešení.

Žádost o vysvětlení

K části 1 „Zákrokové operační světlo Most“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 180 mm do 280 mm“. Námi nabízené stropní zákrokové operační světlo nabízí možnost nastavení průměru osvětleného pole ve vzdálenosti 1m v rozsahu od 150 mm do 250 mm a další nastavení je pak možné díky variabilní vzdálenosti světla od operačního pole. Bude zadavatel akceptovat toto námi nabízené technické řešení, které zachovává požadovaný rozsah 10cm a zároveň plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel akceptuje uvedené technické řešení. Zadavatel umožňuje i jiný rozsah, pokud je rozsah nastavení průměru alespoň 10 cm a zároveň se alespoň částečně překrývá s naším rozsahem 180 až 280 mm.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 4

Ke všem částem VZ.

Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta na podání nabídek je stanovena do:

9.5.2023, do 12:00 hodin.

V Praze dne 3. 4. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

