

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5-9

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98 – Operační světla – Most, Rumburk**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: info@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „**Operační světla Rumburk**“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Pro hlavní svítidlo: „Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 370 mm“.

Pro satelitní svítidlo: „Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 320 mm“

Bude zadavatel akceptovat pro hlavní i satelitní svítidlo průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m od 180 mm do 300mm?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech z důvodů optimálního nastavení osvětlení operačního pole a nebude akceptovat navrhované řešení.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Pro hlavní svítidlo: „Hloubka L1 + L2 (60%) min. 1200 mm
Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1800 mm“
Pro satelitní svítidlo: „Hloubka L1 + L2 (60%) min. 690 mm
Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1500 mm“

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené hodnoty uvedené níže?

- Pro hlavní svítidlo: Hloubka L1 + L2 (60%) min. 650 mm
Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1200 mm
Pro satelitní svítidlo: Hloubka L1 + L2 (60%) min. 600 mm
Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1300 mm

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech z důvodů komfortního nastavování polohy operačního svítidla podle potřeb operátora a nebude akceptovat navrhované řešení.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Index podání barev Ra minimálně 98
- Index podání červené barvy R9 minimálně 98

Bude zadavatel akceptovat hodnotu indexu podání barev Ra=97 a index podání červené barvy R9=97?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech z důvodů optimálního osvětlení operačního pole a nebude akceptovat navrhované řešení.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- „Celkové vyzařování (Ee) každého svítidla maximálně 510 W/m²“

Bude zadavatel akceptovat celkové vyzařování (Ee) o hodnotě 570W/m² u hlavního svítidla, které nabízí trvale maximální výkon 160 000 Lux?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci z důvodů co možná nejnížšího tepelného vyzařování operačního svítidla do oblasti hlavy operátora.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Plynulé nastavení intenzity v rozsahu alespoň od 10% do 100%
- Endoskopický mód osvětlení pomocí zeleného světla nebo s plynule regulovatelnou intenzitou pro minimalizaci odlesků na monitorech
-

Bude zadavatel akceptovat nastavení intenzity v rozmezí 25 – 100 % plynule v 7 krocích vč. možnosti nastavení endoskopického módu na úrovni 5% max. intenzity svítidla, tj. 8000 luxů, čímž se dostatečně pokrývá celý zadavatelem požadovaný rozsah?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel trvá na plynulém nastavování intenzity světla v požadovaném rozsahu z důvodů co možná nejvyššího komfortu nastavování osvětlení operačního pole a nebude akceptovat navrhované řešení.

V Praze dne 17. 4. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

