



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 8: Centrifugy pro Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3381/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

část č.8 - chlazená centrifuga:

požadavek na min 18.000 RPM (30.000 RCF) je poměrně neobvyklý, nemocniční laboratoře v naprosté většině vystačí s 15.000 RPM/24.000 RCF. Požadavek na vyšší RCF se občas vyskytne u mikrocentrifug, které ale pracují pouze s malými objemy cca 2 ml. Váš požadavek na kapacitu min. 4 x 200 ml mikrocentrifugy nesplňují. Většina světových výrobců proto u modelů 4 x 100 ml resp 4 x 200 ml umožní centrifugaci 2 ml eppendorfek pouze na 15.000 RPM tj. 24.400 RCF.

Dotaz: Bude vám vyhovovat běžný standard užívaný v nemocničních laboratořích, tj. maximální kapacita 4 x 200 ml a pro 1.5/2.0ml eppendorfky max 15.000 RPM = 24.400 RCF ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nižší otáčky. Maximální otáčky 18.000 RPM (30.000 RCF) jsou nutné kvůli centrifugaci lipidů chylonických sér pacientů. Při menších otáčkách nedosahuje zadavatel požadovaných výsledků.

V Ústí nad Labem dne:

19-04-2023

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti