

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 42 - 44

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT – EU 98, 100 – Mikroskopy – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z., Nemocnice Most, o.z.**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: francova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost (ke všem částem VZ)

V nově zveřejněných přílohách s technickou specifikací mikroskopů zůstaly původní technické specifikace navzdory tomu, že Zadavatel ve zveřejněném dokumentu s vysvětlením, změnou a doplněním připustil změnu některých z nich. Neměly by být zveřejněny nové přílohy s technickou specifikací, kde by byly tyto povolené změny reflektovány?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 42 (ke všem částem VZ)

Nově zveřejněné přílohy 2a, 2c, 2d zadávací dokumentace (Technická specifikace) jsou doplněny o požadavek na ukládání snímků do PACS pro přístroje, kde je požadována kamera, jak bylo uvedeno ve vysvětlení č. 41. Tyto přílohy neobsahují všechna možná technická řešení, která byla akceptována v rámci předchozích vysvětlení zadávacích podmínek. Dodavatelé musí vycházet z technických specifikací v přílohách zadávacích podmínek a zároveň z informací o akceptovaných řešení uvedených ve vysvětlení zadávacích podmínek.

Žádost (k části 2 VZ)

Je požadován ergonomický binokulární tubus s nastavitelným pozorovacím úhlem (původně 0 – 35°) po změně 5–30°.

Přijme zadavatel řešení s tubusem s náklonem 10–30°, ale navíc s možností dopředného vysunutí tubusu v rozsahu 40 mm, tedy celkově s vyšším stupněm ergonomie?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 43 (k části 2 VZ)

Ano, zadavatel uvedené řešení akceptuje.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 44 (ke všem částem VZ)

Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta na podání nabídek je stanovena do:

9.5.2023, do 12:00 hodin.

V Praze dne 24.4. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

