

Název veřejné zakázky: Mobilní skiagrafické rtg přístroje pro radiodiagnostická oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. a Nemocnice Most, o.z.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 4ZP14004, 5ZP14013
Počet listů veřejné zakázky: 9
Počet příloh veřejné zakázky: 5

Výzva k podání nabídky

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky:

**Mobilní skiagrafické rtg přístroje pro
radiodiagnostická oddělení Krajské zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z. a Nemocnice Most, o.z.**

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje ani podle ust. § 26 odst. 5 věta druhá ZVZ, přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení ZVZ. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny nebo postupy.

Součástí výzvy k podání nabídky je zadávací dokumentace.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech soutěže:

Ing. Dana Kozáková

tel: 477 117 959

e-mail: dana.kozakova@kzcr.eu

3. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání montáž a instalace mobilních skiagrafických rtg přístrojů pro radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most a to včetně veškerého příslušenství, které je nutné pro uvedení přístrojů do provozu. Součástí plnění musí být i uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace k přístroji se vztahující a záruční servis.

3.1 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů činí 1 429 750 Kč bez DPH.

3.2 Rozsah a specifikace předmětu plnění

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ v následující struktuře.

Část	Název položky	Ks	bez DPH/ks	s DPH/ks
1	Mobilní skiagrafický rtg přístroj (Nemocnice Teplice, o.z.)	1	743 800,-Kč	900 000,-Kč
2	Mobilní skiagrafický rtg přístroj (Nemocnice Most, o.z.)	1	685 950,-Kč	830 000,-Kč

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky smlouvu s jedním uchazečem.

Popis:**ČÁST 1: Mobilní skiagrafický rtg přístroj - Nemocnice Teplice****Obsahový popis:**

Mobilní rentgenový analogový přístroj pro snímkování dětských a dospělých pacientů na jednotkách intenzivní péče Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.. Přístroj s lehkou manipulovatelností, nízkou hmotností a malými rozměry (pro snadný přístup k lůžku pacienta), jednoduché a přehledné ovládání. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytovat skiagrafické snímky vysoké obrazové kvality, s vysokým rozlišením detailu. Musí být vybaven zařízením, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s platnou legislativou a umožňovat tak její archivaci.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Mobilní rentgenový skiagrafický analogový přístroj s možností bateriového provozu jak motorického pohybu, tak i snímkování
- Motorický pojezd s nastavitelnou rychlostí 0,5 – 1 m/s
- Přizpůsobení provozu na jednotkách intenzivní péče – snadná údržba, dezinfikovatelnost, antistatická úprava
- Možnost otáčení primární clony v rozsahu min. 90°
- Rameno rentgenky s dosahem ohniska do výšky až 210 cm
- Výška přístroje s rentgenkou v parkovací pozici max. 170 cm (NENÍ POVOLEN ŽÁDNÝ TOLERANČNÍ ROZSAH)
- Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů
- Maximální výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 30 kW
- Maximální výstupní hodnoty minimálně: napětí 135 kV, proudu 450 mA
- Rozsah napětí na rentgence minimálně 40 – 135 kV
- Rozsah mAs minimálně 1 – 320 mAs
- Nejkratší expoziční čas max. od 1 ms
- Maximální expoziční čas min. 5 s
- Tepelná kapacita monobloku (celého zářiče) minimálně 1 MHU
- Rotační anoda s rychlostí otáčení min. 8.000 ot/min.
- Velikost ohniska max. 0,8 mm
- Možnost manuálního nastavení vymezení snímkaného pole prostřednictvím primární clony se světelnou indikací, která je s automatickým či manuálním zhasínáním
- Zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti
- DAP metr integrovaný v primární cloně pro měření povrchové dávky
- Filtrace – přídavná: 1 mm Al + 0,1 mm nebo 0,2 mm Cu (nebo ekvivalentní)
- Dálkové infračervené ovládání s dosahem min. 10 m
- Určený pro snímkování na lůžku ve stísněných prostorech, šířka přístroje max. 60 cm (NENÍ POVOLEN ŽÁDNÝ TOLERANČNÍ ROZSAH)

- Hmotnost přístroje max. 300 kg
- Zásobník alespoň na 5 ks kazet (35 x 43 cm)
- Dobíjení ze standardní sítě, jednofázové 50 Hz, 230 V, 16 A
- Samonavíjecí napájecí kabel min. 5 m
- Možnost provozu i při vybitých bateriích připojením přístroje do sítě

Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah $\pm 10 \%$, pokud není uvedeno jinak. Uchazeč splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry a lepší, tzn. minimální požadovanou hodnotu a vyšší nebo maximální požadovanou hodnotu a nižší.

ČÁST 2: Mobilní skiagrafický rtg přístroj - Nemocnice Most, o.z.

Obecný popis:

Mobilní rentgenový analogový přístroj pro snímkování dětských pacientů na dětském a dorostovém oddělení vč. neonatologie Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Most o.z.. Přístroj s lehkou manipulovatelností, nízkou hmotností a malými rozměry (pro snadný přístup k lůžku pacienta či dětskému inkubátoru), jednoduché a přehledné ovládání. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytovat skiagrafické snímky vysoké obrazové kvality, s vysokým rozlišením detailu. Musí být vybaven zařízením, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s platnou legislativou a umožňovat tak její archivaci.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Mobilní rentgenový skiagrafický analogový přístroj
- Přizpůsobení provozu na jednotkách intenzivní péče, neonatologie – snadná údržba, dezinfikovatelnost, antistatická úprava
- Možnost otáčení primární clony v rozsahu min. 90°
- Rameno rentgenky s dosahem ohniska do výšky až 210 cm
- Výška přístroje s rentgenkou v parkovací pozici max. 160 cm (NENÍ POVOLEN ŽÁDNÝ TOLERANČNÍ ROZSAH)
- Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů
- Maximální výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 30 kW
- Maximální výstupní hodnoty minimálně: napětí 135 kV, proudu 450 mA
- Rozsah napětí na rentgence minimálně 40 – 135 kV
- Rozsah mAs minimálně 1 – 220 mAs
- Nejkratší expoziční čas max. od 1 ms
- Maximální expoziční čas min 3,5 s
- Tepelná kapacita monobloku (celého zářiče) minimálně 1 MHU
- Rotační anoda s rychlostí otáčení min. 8.000 ot/min.
- Velikost ohniska max. 0,8 mm

- Možnost manuálního nastavení vymezení snímkaného pole prostřednictvím primární clony se světelnou indikací, která je s automatickým či manuálním zhasínáním
- Zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti
- DAP metr integrovaný v primární cloně pro měření povrchové dávky
- Filtrace – přídatná: 1 mm Al + 0,1 mm nebo 0,2 mm Cu (nebo ekvivalentní)
- Dálkové infračervené ovládání s dosahem min. 10 m
- Určený pro snímkování na lůžku ve stísněných prostorách, šířka přístroje max. 60 cm (NENÍ POVOLEN ŽÁDNÝ TOLERANČNÍ ROZSAH)
- Hmotnost přístroje max. 220 kg
- Zásobník alespoň na 5 ks kazet (35 x 43 cm)
- Napájení standardní jednofázové 50 Hz, 230 V, 16 A
- Samonavíjecí napájecí kabel min. 5 m

Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel dává možnost podat nabídku přístroje s možností volby designu přístroje (design upravený pro provoz na dětském oddělení, polep apod.). Nejedná se ovšem o požadavek ve smyslu minimálních technických parametrů a není předmětem hodnocení.

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah $\pm 10 \%$, pokud není uvedeno jinak. Uchazeč splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry a lepší, tzn. minimální požadovanou hodnotu a vyšší nebo maximální požadovanou hodnotu a nižší.

Společné požadavky na obě části veřejné zakázky

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.
- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,
- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.
- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.
- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.
- Po dobu záruky provedení bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně
 - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
 - v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.
- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje
- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.
- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky
- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,
- pro určeného pracovníka zadavatele vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání přístroje
- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,
- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.
- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu v nejkratším možném termínu. Nejpozději však do 56 dnů od podpisu smlouvy.

Garantovaný termín předání přístroje od podpisu smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Název: Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z. RDG oddělení
sídlo: Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Název: Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z. RDG oddělení
sídlo: J.E.Purkyně, 270 434 64 Most

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **23 -11- 2015**v 10:00 hod.

5.2 Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace analogicky k ZVZ v tomto rozsahu.

- 6.1 Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 2 této Výzvy).
- 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 6.3 Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

7. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Předložená nabídka musí být svázána a zabezpečena proti manipulaci.

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 7.1 Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce, odborné termíny, materiály technické povahy a katalogy mohou být současně v anglickém jazyce
- 7.2 Nabídka bude obsahovat zejména:
- 7.3 Krycí list nabídky (viz příloha č. 1, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ), kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail), případně další údaje, název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena).
- 7.4 Návrh Smlouvy dle bodu 9 této Výzvy (příloha č. 4 a 5 této Výzvy). Pokud je uchazeč zastoupen osobou na základě plné moci nebo jinak pověřená osoba, musí být v nabídce předložená platná plná moc nebo příslušné pověření (postačí, pokud uchazeč v nabídce

předloží prostou kopii plné moci nebo příslušného pověření. Vítězný uchazeč však před podpisem smlouvy bude povinen v rámci poskytnutí součinnosti směřující k uzavření smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii této plné moci nebo příslušného pověření. Závazný návrh Smlouvy předloží uchazeč i v editovatelném formátu (Microsoft Office Word).

- 7.5 Zpracování nabídkové ceny dle požadavku zadavatele.
- 7.6 Technická specifikace včetně technických listů, katalogů, návodů apod.
- 7.7 Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů

8. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 8.2 Nabídková cena bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH a celková cena včetně DPH. Cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky.
- 8.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

9. Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy (příloha č. 4 až 5), který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word).

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 3)

10. Platební podmínky

Platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. (příloha č. 3)

11. Další podmínky veřejné zakázky

- 11.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na danou část veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 11.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy se zadavatelem.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloženého návrhu Smlouvy.
- 11.4 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 11.5 Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 11.6 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 11.7 Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit.

12. Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>
Zadavatel si analogicky s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

13. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Analogicky s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu nejnižší nabídková cena bez DPH.

14. Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Vzor – Čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 4	Obligatoční návrh smlouvy pro část 1
Příloha č. 5	Obligatoční návrh smlouvy pro část 2

V Ústí nad Labem dne: **09 -11- 2015**

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel