

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10-17

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98 – Operační světla – Most, Rumburk**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: info@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení

K části 1 „**Základové operační světlo Most**“

Zadavatel v příloze 2a – Technická specifikace – Základové operační světlo Most požaduje:

„Teplota chromatičnosti CCT v intervalu 3700 až 4500 K, minimálně ve třech krocích.“
Účastník nabízí operační svítidlo s teplotou chromatičnosti CCT v intervalu 4500–5000 K nastavitelnou ve dvou krocích, které splňuje nejnáročnější požadavky na klinický provoz.
Bude Zadavatel akceptovat operační svítidlo s teplotou chromatičnosti CCT v intervalu 4500–5000 K nastavitelnou ve dvou krocích, které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 10 (k části 1 VZ)

*Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.
Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.*

Žádost o vysvětlení

K části 1 „Zámkové operační světlo Most“

Zadavatel v příloze 2a – Technická specifikace – Zámkové operační světlo Most požaduje:

„Rozměr korpusu hlavy svítidla musí být průměr maximálně 49 cm.“

Účastník nabízí operační svítidlo s rozměrem korpusu hlavy svítidla o průměru 52 cm. Rozdíl požadované a nabízené hodnoty je v 10 % toleranci a v klinické praxi nehraje žádnou roli.

Bude Zadavatel akceptovat operační svítidlo s rozměrem korpusu hlavy svítidla o průměru 52 cm, který splňuje požadovaný medicínský účel?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 11 (k části 1 VZ)

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.

Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v příloze 2b – Technická specifikace – Operační světla Rumburk požaduje následující kombinaci parametrů:

„Hloubka L1 + L2 (60%) min. 1200 mm“ a „Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1800 mm“ pro hlavní svítidlo a „Hloubka L1 + L2 (60%) min. 690 mm“ a „Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1500 mm“ pro satelitní svítidlo.

Hloubka osvětlení L1+L2 je definována pro L1 jako vzdálenost mezi bodem maximálního centrálního osvětlení (dále jen Ec), které musí být dle literatury v rozmezí 40 000 – 160 000 Lx, vzdáleného 1000 mm od zdroje osvětlení a bodem, kde je hodnota jasu 60 % Ec směrem ke zdroji osvětlení.

L2 je definován jako vzdálenost Ec a bodu, kde je hodnota jasu 60 % Ec směrem od zdroje osvětlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že L1+L2 udává součet těchto rozmezí od bodu maximálního osvětlení Ec, ve kterém neklesne intenzita osvětlení níž, než je 60 % maximální intenzity. Zadavatelem požadované parametry hloubky osvětlení min. 1200 mm při 60 % (L1+L2) pro hlavní svítidlo a min. 690 mm při 60 % (L1+L2) pro satelitní svítidlo je tedy medicínsky nevyužitelný, neboť znamená požadavek na osvětlení 60% intenzitou v hloubce pod operačním polem. V klinické praxi je využitelná hloubka osvětlení 60 % maximálního centrálního osvětlení o délce L1+L2 300-400 mm a 20 % maximálního centrálního osvětlení o délce L1+L2 600-700 mm.

Účastník nabízí hlavní a satelitní operační svítidlo s hloubkou osvětlení 650 mm při 60 % (L1+L2) a 1050 mm při 20 % (L1+L2). Kombinace těchto dvou parametrů splňuje nejnáročnější požadavky na klinickou praxi a zároveň splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel použití.

Bude Zadavatel bez jakékoliv penalizace akceptovat hlavní a satelitní operační svítidlo s kombinací parametrů „Hloubka osvětlení min. 650 mm při 60 % (L1+L2)“ a „Hloubka osvětlení min. 1050 mm při 20 % (L1+L2)“, které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 12 (k části 2 VZ)

*Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.
Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.*

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v příloze 2b – Technická specifikace – Operační světla Rumburk požaduje:

„Plynulé nastavení intenzity v rozsahu alespoň od 10% do 100%.“

Účastník nabízí operační svítidlo s plynulým nastavením intenzity v rozsahu od 25 % do 100 %, které umožňuje nastavení 5% intenzity formou endoskopického módu. Toto řešení splňuje nejnáročnější požadavky na využití v klinické praxi.

Bude Zadavatel akceptovat operační svítidlo s plynulým nastavením intenzity v rozsahu od 25 % do 100 %, které umožňuje také nastavení 5% intenzity formou endoskopického módu a splňuje tak Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 13 (k části 2 VZ)

*Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.
Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.*

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v příloze 2b – Technická specifikace – Operační světla Rumburk požaduje:

„Nástěnný ovladač pro ovládání svítidel i kamery, ovládání v českém jazyce.“

Bude Zadavatel akceptovat nástěnný ovladač pro ovládání svítidel i kamery s ovládáním v anglickém jazyce, které nemění medicínský účel?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 14 (k části 2 VZ)

*Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.
Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.*

Žádost o vysvětlení

K části 2 „Operační světla Rumburk“

Zadavatel v příloze 2b – Technická specifikace – Operační světla Rumburk požaduje kombinaci parametrů:

„Index podání barev Ra minimálně 98“ a „Index podání červené barvy R9 minimálně 98“.
Bude Zadavatel akceptovat operační svítidlo s kombinací parametrů: Index podání barev Ra minimálně 97 a R9 97?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 15 (k části 2 VZ)

*Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, uvedených v rámci technické specifikace.
Požadované parametry byly zadavatelem definovány na základě proběhlého průzkumu trhu.*

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 16 (k oběma částem VZ)

S ohledem na skutečnost, že zadavatel má povinnost prověřovat u dodavatelů, zda na ně nejsou uvaleny mezinárodní sankce, a dále s ohledem na požadavek dodržení zásad sociálně odpovědného a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, doplňuje zadavatel požadavek na předložení čestných prohlášení dodavatelů k odpovědnému plnění veřejné zakázky a k mezinárodním sankcím. Vzory čestných prohlášení zadavatel zveřejňuje zároveň s tímto vysvětlením. Čestná prohlášení předloží dodavatelé v rámci nabídky.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 17 (k oběma částem VZ)

Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta na podání nabídek je stanovena do:

15.5.2023, do 12:00hodin.

V Praze dne 3. 5. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele