

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 48

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT – EU 98, 100 – Mikroskopy – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z., Nemocnice Most, o.z.**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní osoba : Michaela Francová
tel.: + 420 775 904 544
e-mail: francova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost (k částem 1, 3 a 4 VZ)

Dovolujeme se dotázat k vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 40 (k části 1, 3 a 4 VZ) „S ohledem na skutečnost, že obrazové snímky z mikroskopů budou zálohovány do PACSu, je do technických specifikací, kde je požadována kamera (část 1, 3 a 4) doplněn požadavek na ukládání snímků do PACSu. Nové přílohy č. 2a, 2c, 2d zadávací dokumentace (Technická specifikace) zadavatel zveřejňuje zároveň s tímto vysvětlením. Zadavatel zároveň zveřejňuje Požadavky na provedení a kvalitu ICT, které jsou pro dodavatele závazné.“

Náš minulý dotaz: „Jaké vstupní formáty dat lze ukládat do PACSu? Jsou přijatelné formáty formáty JPG, TIFF?“ nebyl zodpovězen konkrétně, jen odkazuje na ICT dokument. Zde se píše jen o Dicomu. Můžeme zadavatele požádat o konkrétnější odpověď směřující přímo na formáty JPG a Tiff? Jaké konkrétní řešení by bylo pro zadavatele a PACS nejlepší, když dodavatel má výstupy na kameře JPG a Tiff?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 48 (k částem 1, 3 a 4 VZ)

Zadavatel požaduje nahrávání do PACS ve formátu DICOM. Zadavatel jakožto přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje potvrzení kompatibility (conformance statement) DICOM PACS systému užívaného Zadavatelem, které v terminologii DICOM definuje všechny možné podporované vstupní formáty dat a datové vstupy.

V Praze dne 5.5. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

