



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Chladicí a mrazicí zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5: Soubor chladicích a mrazicích zařízení pro Oddělení klinické biochemie MNUL, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3405/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Požadujete objem boxu minimálně 310 litrů, zároveň minimální vnitřní rozměry boxu šxhvxv: 460x600x1140. Je možné nabídnout zařízení s vnitřními rozměry šxhvxv: 620x580x1000 mm, splňující všechny ostatní požadavky? Domníváme se, že můžeme nabídnout rovnocenné řešení boxu odpovídající účelu použití v laboratoři.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

U jednotlivých částí VZ požadujete beznámrazovou technologii. Rozumíme požadavku správně, že požadujete konstrukční řešení zařízení omezující vzniku námrazy?

Odpověď č. 2:

Ano, tazatel tomu rozumí správně. Zadavatel požaduje technické řešení zařízení zamezující vzniku námrazy.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.



V Ústí nad Labem dne: 12-05-2013

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti
DIČ: CZ 25488627