



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Centrifugy pro Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3375/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga chlazená“ požaduje - Výkyvný rotor umožňující centrifugaci s relativní centrifugační silou centrifugy (RCF = relative centrifugal force) alespoň 4 000x g. Akceptoval by zadavatel hodnotu 3 735 xg?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená č.1“ požaduje - Výkyvný rotor umožňující centrifugaci s relativní centrifugační silou centrifugy (RCF = relative centrifugal force) alespoň 4 000x g. Akceptoval by zadavatel hodnotu 3 735 xg?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená č.2“ požaduje - Výkyvný rotor pro 16-28 zkumavek po 15 ml. Může zadavatel, prosím, specifikovat jaký typ zkumavek bude používat? Jedná se o zkumavky s kulatým, nebo kónickým dnem? Jaké mají zkumavky rozměry? Jaké má zadavatel požadavky na rychlost/odstředivou sílu tohoto rotoru?

Odpověď č. 3:

Seznam používaných zkumavek:



- 364938 Vacutainer zkumavka, žlutá, moč, 10 ml, plast, výrobce BD
- 367896 Vacutainer zkumavka, červená, sérum, 10 ml, plast, výrobce BD
- 367953 Vacutainer zkumavka, zlatá, sérum, + gel, 8.5 ml, plast, výrobce BD
- 367955 Vacutainer zkumavka, zlatá, sérum, + gel, 5 ml, plast, s gelem, vyšetření ze séra, výrobce BD
- 367836 Vacutainer zkumavka, fialová, K3EDTA, 2 ml, plast, KO + DIF, nesrážlivá krev, výrobce BD

Zadavatel požaduje alespoň 15 000 xg (k high speed centrifugaci).

Dotaz č. 4:

Zadavatel dále požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

Odpověď č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

12-05-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti