

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 3: Centrifugy pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3376/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená“ požaduje - Výkyvný rotor umožňující centrifugaci s relativní centrifugační silou centrifugy (RCF = relative centrifugal force) alespoň 4 000x g. Akceptoval by zadavatel hodnotu 3 735 xg?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

12-05-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti