

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 7: Centrifugy pro Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3380/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga chlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 12-05-2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti