



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 4: Centrifugy pro Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3377/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

### Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga chlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy.

Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i řešení v řádu sekund, tzn. aby nebylo nastavení času například po minutách.

### Dotaz č. 2:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

### Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i řešení v řádu sekund, tzn. aby nebylo nastavení času například po minutách.

### Dotaz č. 3:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená“ požaduje - Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) alespoň 24 000x g a zároveň Součástí dodávky 1 ks centrifugy je rotor umožňující centrifugaci s RCF alespoň 24 000x g a RPM nejméně 15 000/min, součástí jsou i adaptéry pro mikrozkuřavky s objemy 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 0,8 ml, 1,5 ml a 2 ml. Akceptoval by zadavatel centrifugační sílu 23 541 xg?



**Odpověď č. 3:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení – centrifugační sílu 23 541 xg, ale trvá na parametru RPM minimálně 15 000/min.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

12-05-2023

 Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel společnosti