

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5: Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3378/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga chlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zadavatel trvá na znění technické specifikace pro předmětnou část veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:


Zadavatel v technických specifikacích pro „Centrifuga nechlazená“ požaduje - Nastavení času centrifugace minimálně do 99 minut s přesností na sekundy. Akceptoval by zadavatel možnost nastavení času po deseti sekundách? Nastavení přesnosti v sekundách není běžnou praxí.

Odpověď č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení. Zadavatel trvá na znění technické specifikace pro předmětnou část veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne:

12-05-2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti