



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Chladicí a mrazicí zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Hlubokomrazicí boxy pro Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3401/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Požadujete nastavitelný teplotní rozsah -40°C až -80°C. Je možné nabídnout zařízení s teplotní rozsahem -60°C až -86°C. Domníváme se, že se jedná teplotní rozmezí vyhovující účelu používání.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na spodní hranici -40°C, protože nechce transfúzní přípravky zbytečně podchlazovat.

Dotaz č. 2:

Požadujete minimální vnitřní rozměry boxu 800x600x600 mm. Je možné nabídnout zařízení splňující Vámi požadovaný objem 330 litrů (+/- 10%) s vnitřními rozměry nepřesahující šířku 1395 mm, hloubku 450 mm a výšku 640 mm? Jedná se o rozměry odpovídající standardní konstrukci pultových boxů daného objemu.

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na daných rozměrech, které byly zvoleny s ohledem na používané boxy/pořadače na transfúzní přípravky.

Dotaz č. 3:

U jednotlivých částí VZ požadujete beznámrazovou technologii. Rozumíme požadavku správně, že požadujete konstrukční řešení zařízení omezující vzniku námrazy?

Odpověď č. 3:

Ano, tazatel tomu rozumí správně. Zadavatel požaduje technické řešení zařízení zamezující vzniku námrazy.

V Ústí nad Labem dne: 12 -05- 2013

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti